

Monopolar Yüksek Frekans Kablosu

1. HF-Uniti için 4 mm fişli ve uzunluğu 300 cm olmalıdır.
2. Unipolar koagulasyon için kullanılmalıdır.
3. Hastanemizde bulunan monopolar enstrümanlar ile uyumlu olmalıdır.
4. Kablolar 134 derece buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
5. İstenilen kablolar kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilebilmesi için teklif veren firmalar numune vermelidir.
7. Numuneler kullanıldıktan sonra onay verilecektir.

VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Genel Cerrahi Uzmanı
Op.Dr. Oğuz AKKUŞ
Uzm. Tes. No: 133462

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00266

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: sanliurfadhs11@saglik.gov.tr

vdhsatinalma@gmail.com

İLHAN ERKAN

Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ELEKTRO CERRAHİ - DAMAR KAPAMA CİHAZI ENDOSKOPİK MONOPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU	3	ADET		
			Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın					
Adı	:		Firma Yetkilisi	:	
Adresi	:				
Telefon	:		Kaşe ve İmza	:	
Fax	:				
E-Mail	:				

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.

**UBB KODU OLMAYAN TEKLİFLER KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GÖNDERMENİZ RİCA OLUNUR.

**TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERİNİZİN UYGUNLUĞU İÇİN ŞARTNAME TARAFINIZCA İMZALANIP TARAFİMİZA GÖNDERİLMELİDİR.