

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00187

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: sanliurfadhs11@saglik.gov.tr

İLHAN ERKAN

Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Markası	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TRANSPORT VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN TEK KULLANIMLIK	2	ADET				
					Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: _____ Firma Yetkilisi : _____
Adresi	: _____
Telefon	: _____ Kaşe ve İmza : _____
Fax	: _____
E-Mail	: _____

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

## TRANSPORT VENTİLATÖR YETİŞKİN HASTA DEVRESİ ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi LTV 1200 Transport ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Hasta devresi Yetişkin hastalar için üretilmiş ve disposable (Tek kullanımlık) olmalıdır.
3. Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hattı farklı renklerde olmalıdır.
4. Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hattı ısıtıcı telli olmalıdır.
5. Hasta devresinin inspirasyon hattında 2 adet temp probu girişi ve yonca şeklinde ısıtıcı tel girişi olmalıdır.
6. Hasta devresinin Çapı 22 mm, inspirasyon hattı uzunluğu 234 cm, ekspirasyon hattı uzunluğu 168 cm, set içi hacim 1455 cc, inspirasyon resistance 2.9 cmH<sub>2</sub>O, ekspirasyon resistance 5.1 cmH<sub>2</sub>O olmalıdır.
7. Hasta devresinin içerisinde ekspirasyon hattına takılan Exhalation Valve olmalı ve üzerindeki hortum cihaza takılabilmelidir.
8. Hasta devresinin üzerinde biri renk kodlu 2 adet ölçüm hattı olmalı ve bu hatların cihaza takılan konektörleri farklı renkte, cihaza yanlışlıkla takılmayacak şekilde olmalıdır.
9. Her set ile birlikte otomatik beslemeli ve şamandıralı su haznesi verilmeli ve setin içerisinde nemlendirme ara hortumu olmalıdır.
10. Hasta devresindeki Y parçasının ucunda hastaya göre pozisyonlandırılması için dirsek parça bulunmalı ve bu parçanın her iki ucunda ayrı ayrı 360 derece dönebilmelidir.
11. Her set ile birlikte çok kullanımlık 4 cm uzunluğunda düz ara konektör verilmelidir.
12. Hasta devresinin inspirasyon hattına nebulizatör kiti takılabilmelidir.
13. Her hasta devresi ile birlikte 2 adet bakteri filtresi verilmelidir.( çift cidarlı makine tipide diyebiliriz.
14. İstenilen ürünün "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nin 3. maddesinin (o)bendi gereğince tanı,teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
15. Yüklenici tarafından teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında(TİTUBB) kaydı bulunmalıdır.
16. Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemelidir.
17. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri" konulu genelgenin 2.4 maddesi gereğince satın alma süreci tamamlanmadan imalatçı ve ithalatçı tarafından TİTCK'dan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.
18. Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
19. Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.
20. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
21. Yüklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma dokümanlarında beyan etmelidir.

Mehmet YUMRU  
Hastane

Uzm. Dr. Mehmet AYKAR  
Uzm. Dr. Mehmet AYKAR  
Uzm. Dr. Mehmet AYKAR  
Uzm. Dr. Mehmet AYKAR  
Uzm. Dr. Mehmet AYKAR

Uzm. Dr. N. KAY SARDER  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dok. Tes. No: 113096