

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00276

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: sanliurfadhs11@saglik.gov.tr

vdhsatinalma@gmail.com

İLHAN ERKAN

Başhekim

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Markası	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	DOKU TAKİP CİHAZI BAKIM ONARIM	1	ADET				
					Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın					
Adı	:		Firma Yetkilisi	:	
Adresi	:				
Telefon	:		Kaşe ve İmza	:	
Fax	:				
E-Mail	:				

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

***Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.**

****UBB KODU OLMAYAN TEKLİFLER KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

****TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GÖNDERMENİZ RİCA OLUNUR.**

****TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERİNİZİN UYGUNLUĞU İÇİN ŞARTNAME TARAFINIZCA İMZALANIP TARAFİMIZA GÖNDERİLMELİDİR.**

TUTANAKTIR

Patoloji laboratuvarında bulunan LEICA ASP300S marka doku takip cihazı 25.08.2019 tarihinde arıza vermiştir. Arızanın vakum hatası olduğu saptanmıştır. Teknik servis çağırılmıştır ve arızanın firma tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Gerekimin yapılması arz edilir.

İşbu tutanak 26.08.2019 tarihinde imza altına alınmıştır.

BIYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ
HASAN ÇAMIR

Uzm. Dr. Meral Filiz TAŞTEKİN

