

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00264

SAYI :  
KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: sanliurfadhs11@saglik.gov.tr

İLHAN ERKAN

Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Markası	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	BURUN SPEKULUM BÜYÜK D7-480	20	ADET				
2	BURUN SPEKULUM ÇOCUK D7-520	15	ADET				
					Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın			
Adı	:	Firma Yetkilisi	:
Adresi	:		
Telefon	:	Kaşe ve İmza	:
Fax	:		
E-Mail	:		

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

## NAZAL SPEKULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalite standardı uygunluk belgesine sahip olmalıdırlar.
2. Genel özellikleri içerisinde belirtilmediği sürece paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdırlar.
3. Polisajları düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
4. Her türlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyon testine dayanıklı olmalıdırlar.
5. Kullanım süresi içerisinde 1600C'de gazlı kuru veya buharlı sterilizasyona uygunlukları garanti edilmelidir.
6. Her birinin üzerinde katalog numarası, markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
7. Yeni ve orijinal ambalajlarında olmalıdırlar.
8. Eklem yerleri rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır.
9. Ağız kısımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapıda olmalıdır.
10. Kilit mekanizması olanlarda kilitlenme sorunu yaşanmamalıdır.
11. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerle kırılmamalıdırlar.
12. Aletlerin "genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde" yeni veya değişik versiyonu veya +%10'luk boyut farklılıkları ile gerekli açıklamalar yapılarak teklif edilebilir.

### Burun spekulumu;

- ✓ HARTMANN nazal spekulumu
- ✓ Ürün paslanmaz çelikten olmalıdır.
- ✓ Yetişkinler için ve 13 cm uzunluğuna sahip olmalıdır. (20 ADET)
- ✓ Pediatrik amaçlı kullanıma uygun ve 13 cm uzunluğuna sahip olmalıdır. (15 ADET)

Esra SAHİN  
Hekim

Op. Dr. Abdulkarim BASARAN  
Sanliurfa Viranşehir Devlet Hastanesi  
KBB Uzmanı  
Diploma Tescil No: 132944

Op. Dr. Derya ÇEBECİ  
Sanliurfa Viranşehir Devlet Hastanesi  
KBB Uzmanı  
Dip. Tes. No: 174278