

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00286

SAYI :
KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007
Fax : 4145121236
E-Posta: sanliurfadhs11@saglik.gov.tr
vdhsatinalma@gmail.com

İLHAN ERKAN
Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Markası	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	EMİCİ YUMUŞAK SİLİKON YARA ÖRTÜSÜ 7,5X10CM	180	ADET				
2	EMİCİ İNCE YUMUŞAK SİLİKON POLİÜRETEN KÖPÜK ÖRTÜ 7,5X8,5 CM	180	ADET				
3	İNCE YUMUŞAK SİLİKON POLİÜRETAN KÖPÜK ÖRTÜ 12.5X12.5 CM	180	ADET				
4	YUMUŞAK SİLİKON EKSUDA TRASFER YARA ÖRTÜSÜ 15X20CM	180	ADET				
5	EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA ELDİVENİ 2-7 YAŞ	24	ADET				
6	EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA ÇORABI 2-7 YAŞ	24	ADET				
7	İKİ YÖNLÜ ESNEYEBİLEN ELASTAN TÜBÜLER BANDAJ 5CM*10CM	24	ADET				
					Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.

**UBB KODU OLMAYAN TEKLİFLER KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GÖNDERMENİZ RİCA OLUNUR.

**TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERİNİZİN UYGUNLUĞU İÇİN ŞARTNAME TARAFINIZCA İMZALANIP TARAFİMİZE GÖNDERİLMELİDİR.

1-2. kalem

TEKNİK ŞARTNAME
İnce Emici Özellikli Epidermolizis Bülloza Yara Örtüsü

- Epidermolizis Bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanmış EB Tedavi Algoritmasında referans gösterildiği şekilde DEBRA UK tarafından "Epidermolizis Büllozada Deri ve Yara Bakımında En İyi Uygulama Rehberi Uluslararası Aynı Görüş" raporundaki ürünlerden olmalıdır.
- Üründe fazla ısınma, ısıya bağlı vezikül oluşumu, doğrudan yara yatağına uygulandığında yapışma ve silikon duyarlılığı oluşturma riski olmamalıdır.
- Ürün sağlam deriye yapışma/tutunma ve yaraya yapışma özelliğinde olmamalıdır. Sargının soft silikon yara temas yüzeyi hidrofobik yapısıyla yara yatağına kesinlikle yapışmamalı böylece örtü değişimlerinde yarada ve sağlıklı ciltte travma oluşturmamalıdır.
- İnce Emici özelliği, poliüretan köpük ped olmalıdır.
- Ürünün yara ile temas eden tabakası soft silikon olmalıdır.
- Sargının yara dışına bakan yüzeyi poliüretan bir film tabakayla kaplı olmalı, bu film tabaka bakteri ve virüslere karşı koruma sağlarken yaranın nem ve buhar alışverişini engellememelidir.
- Pansuman, eksüda emme özelliğine sahip olmalıdır.
- Pansuman değişimlerinde harici bir sprey ile kaldırıcıya ihtiyaç duyulmamalı ve pansuman yaraya yapışmadan kalkmalıdır.
- Yara sınırındaki ciltte maserasyona neden olmamalıdır.
- Bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
- Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- Ürün (1. kalem) x (2. kalem) cm ebadında olmalı. Daha büyük ölçüde teklif verilebilir.

(1.kalem) 7,5x10cm / 7,5x8,5cm (2.kalem)

VİRANĖER DEVLET HASTANESİ
Dr. Zeynep KOLAKOĖLU
Pratisyen Hekim
Dip. Tes. No: 197648

Uzm. Dr. Yanina YASNETSKAYA
Dermatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 197648
Viranşehir Devlet Hastanesi

3. Kadem

TEKNİK ŞARTNAME
Epidermolizis Bülloza Yara Temas Tabakası
Emici Özelliği Olmayan

- Epidermolizis Bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Wound International tarafından yayınlanan "Epidermolizis Büllozada Deri ve Yara Bakımında En İyi Uygulama Rehberi Uluslararası Aynı Görüş" raporunda yer almalıdır.
- Soft silikon temas tabakası tek yönlü tutunmalıdır. Transparan yapıya sahip olmalı ve yarayı gözlemlemeye imkan vermelidir.
- Emici özelliği olmamalıdır.
- Ürün yara gelişimine bağlı olarak, uygulandığı bölge üzerinde 14 güne kadar kalabilmelidir.
- Nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalı. Yeni şekillenen sağlam dokunun, greftin zarar görmesini engellemeli ve örtü değişimleri esnasında acıyı ortadan kaldırmalıdır.
- Vücut hatlarına uyumlu olmalı ve vücudun her bölgesinde rahatlıkla kullanılabilir.
- Yanal sıvı geçirmezliğine sahip olmalı ve maserasyonu engellemelidir.
- Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- Ürün **12,5 x 12,5 cm** cm ebadında olmalı.

VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Dr. Ayşe KOLAROĞLU
Uz. Tıp. Hekim
Dip. Tes. No: 197648

Uzm. Dr. Yanina YASINETSUKAYA
Dip. Tes. No: 197648
Dip. Tes. No: 197648
Viranşehir Devlet Hastanesi